Wisemover

Instrucciones de uso

immedia®
a part of Etac

IMM1033_IFU_ES · Versión 5 · 2015

Imágenes

Imagen 1



Imagen 2

Imagen 3

Imagen 4

Índice

Título ..... Página

Información general/Símbolos/Entorno de uso previsto.....4

Uso previsto/Modo en uso 5

Aviso/Materiales/Limpieza 6

Artículos 7

Información de mantenimiento 8

Información general

Gracias por elegir un producto Etac.

Para evitar cualquier tipo de accidente o lesión cuando mueva y maneje los productos, lea atentamente el manual.

La persona descrita como el "usuario" se referirá, en este manual de usuario, a la persona que está tumbada o sentada sobre el producto. El cuidador o los cuidadores son las personas que manipulan el producto.

Este símbolo aparecerá al lado del texto en el manual. Le indica al lector aquellos puntos en los que puede existir un riesgo para la salud y la seguridad del usuario o del cuidador.

Los productos cumplen con la normativa aplicable para productos de la Clase 1, de la Directiva del Consejo Europeo MDD, 93/42/CEE, relativa a los dispositivos médicos.

Nº de lote/nº de remesa:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Año de producción		Número correspondiente							

En Etac, hacemos todo lo posible por mejorar constantemente nuestros productos y, por ese motivo, nos reservamos el derecho a modificar los productos sin previo aviso. Las medidas que se indican en las imágenes y en material similar se incluyen sólo a modo de guía y Etac queda exenta de cualquier tipo de responsabilidad por errores y defectos.

La información incluida en este manual, incluidas las recomendaciones, las combinaciones y los tamaños, no resulta de aplicación para los pedidos especiales ni para las modificaciones. Si el cliente efectúa ajustes, reparaciones o combinaciones que no están previstas por Etac, la certificación Etac CE y la garantía de Etac serán nulas de pleno derecho. En caso de duda, póngase en contacto con Etac.

Garantía: Garantía de dos años por defectos del material y de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente.

Para más información sobre la gama de productos de movilización de usuarios de Etac, consulte www.etac.com.

El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional.

Símbolos

Lavado

Lavado a mano

Pasar un paño

Secar en secadora

Manténgase alejado de la luz del sol

Planchar

No limpiar en seco

No utilizar lejía

Riesgo de resbalar

No dejar nunca en el suelo.

Cuidado

Leer el manual de usuario

Nº de lote

Peso máximo del usuario = carga nominal máxima

El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional

Fabricante

Clase 1 - Directiva del Consejo Europeo MDD 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos

Entorno de uso previsto

Cuidados intensivos, cuidados de larga duración, cuidados domiciliarios

Uso previsto

Wisemover es un dispositivo exclusivo que puede ayudar a resolver las dificultades más importantes de los cuidadores.

Wisemover es accesible: Wisemover puede colocarse de manera permanente en el colchón debajo de la almohada, es decir, los cuidadores no tendrán que buscar un dispositivo ya que Wisemover estará ahí, listo para usarse.

Se reduce el riesgo de contaminación cruzada, ya que los usuarios no comparten Wisemover.

Wisemover ayuda a prevenir las úlceras por decúbito. Wisemover se dobla debajo de la almohada después de utilizarse y no reduce las propiedades reductoras de la presión del colchón.

Wisemover puede utilizarse para mover al usuario en cuatro direcciones. Se puede colocar con facilidad una sábana entre las dos piezas de Wisemover.

Wisemover está compuesto por dos piezas de tejido de nylon suave extrafino, suave por ambos lados. Wisemover se ajusta en el cabecero de la cama y debajo de una capucha.
El dispositivo mejora las condiciones de trabajo del cuidador, a la vez que se reduce el riesgo de cizallamiento y de fricción para el usuario.

Modo en uso

Colocación

Para colocar Wisemover: Ajuste la capucha antideslizante en el cabecero de la cama cuando haga la cama. Cuando no vaya a utilizarlo, Wisemover puede enrollarse o plegarse y guardarse dentro de la capucha (imagen 1). Agarre las asas funcionales en las partes superior e inferior en ambos lados del piecero. A continuación, agarre el siguiente juego de asas funcionales, y así sucesivamente, hasta que todos las asas funcionales se encuentren en el cabecero de la cama, tras lo cual puede plegar Wisemover debajo de la capucha antideslizante.

Agarre todos los juegos de asas funcionales con una mano a la vez. A continuación, coloque la otra mano por encima de Wisemover cerca del cuerpo y alise el dispositivo mientras suelta el primer juego de asas funcionales (el juego que se encuentra aproximadamente a la altura de los hombros del usuario). Tire lentamente mediante el traslado del peso hacia el piecero. Si Wisemover está enrollado/plegado, despliéguelo gradualmente, un pliegue cada vez. Repita esto hasta que Wisemover esté colocado debajo del usuario (imagen 2).

Uso

Después de colocar Wisemover, puede subirse/bajarse al usuario en la cama, o girarse de un lado a otro tirando de las asas funcionales (imágenes 3 y 4). Las asas funcionales están colocadas en las partes más pesadas del cuerpo para que los esfuerzos de los cuidadores tengan un efecto óptimo. Después de movilizar al usuario y colocarlo tal y como se requiere, puede quitar Wisemover. Los cuidadores vuelven a juntar cada juego de asas funcionales, empezando por el piecero. Una vez más, fijan las asas debajo de la capucha en el cabecero de la cama.

Se puede colocar una sábana entre las dos capas debajo de la almohada y debajo de la parte superior de Wisemover. La sábana puede colocarse en la posición correcta. Para quitar la parte superior de Wisemover: Agarre la esquina opuesta del piecero y tire de ella lentamente hacia el cabecero de la cama. La sábana puede engancharse al brazo de la cincha y se puede subir al usuario.

Aviso

Características especiales

Verifique siempre el producto antes de usarlo y después de lavarlo.

No utilice nunca un producto defectuoso. Si el producto presenta signos de desgaste o rotura, debe desecharse.

Lea estas instrucciones cuidadosamente.

Es importante que los cuidadores reciban formación para la movilización manual. Etac ofrece información y formación para cuidadores. Para más información, póngase en contacto con Etac.

Utilice siempre las técnicas de movilización manual correctas.

Anime al usuario a ayudar cuando le resulte posible.

Para asegurarse de que el usuario se siente seguro y que cada movilización manual se hace de manera suave, planifique siempre con antelación la movilización manual.

Existe un riesgo de que el usuario se resbale. No deje nunca al usuario solo en el borde de la cama.

No deje nunca el producto en el suelo.

Lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos, y asegúrese de que el producto asistencial puede utilizarse con el usuario concreto y combinado con otros dispositivos que sean seguros tanto para el usuario como para los cuidadores.

Se recomienda dejar puesta la barrera protectora cuando se deje al usuario sobre el sistema del transfer deslizante, a menos que, después de evaluar los riesgos, se haya determinado que se puede dejar al usuario con total seguridad en él sin necesidad de barandillas.

Pliegue siempre el sistema deslizante como estaba originalmente debajo de la almohada cuando haya finalizado la transferencia.

No utilice el producto a modo de cincha.

En caso de cualquier duda, póngase en contacto con Etac.

Materiales

Wisemover está fabricado al 100% con nylon.

Limpieza

El producto debería revisarse con regularidad, preferentemente cada vez que se use y, especialmente, después de haberlo lavado.

Compruebe que las costuras o el tejido no estén dañados.

No intente reparar usted mismo el producto.
No utilice nunca un producto defectuoso.

Instrucciones de lavado:
No utilice suavizante, ya que éste reduce el efecto deslizante.



Artículos

Nº del artículo	Descripción	Tamaño (mm)
IM441	Wisemover	Ancho 850 x Largo 2.000

Información de mantenimiento

Gracias por elegir un producto Etac. Si el cliente efectúa ajustes, reparaciones o combinaciones que no están previstas por Etac, la certificación Etac CE y la garantía de Etac serán nulas de pleno derecho.

Garantía: Garantía de dos años por defectos del material y de fabricación, siempre y cuando el producto se haya utilizado correctamente. Antes de proceder al mantenimiento de un producto, lleve a cabo siempre una evaluación de los riesgos de conformidad con la legislación nacional y/o local.

Primera inspección:
- ¿Está el envoltorio intacto?
- Lea la etiqueta del envoltorio y compruebe el número del artículo y la descripción del producto.
- Compruebe que estén incluidas las Instrucciones resumidas (puede descargar el Manual/las Instrucciones de uso del sitio web www.etac.com o poniéndose en contacto con el Servicio de atención al cliente de Etac o con su distribuidor local).
- Compruebe la etiqueta del producto. ¿Incluye el número del artículo, la descripción del producto, el número del lote, las instrucciones de limpieza y el nombre del proveedor?

Inspección periódica:
- Asegúrese de que su sistema de traslado manual esté siempre en perfecto estado.
- Después de lavarlo, compruebe siempre los materiales, las puntadas, las asas y las hebillas.
- Si el producto presenta signos de desgaste y rotura, deberá retirarlo inmediatamente de servicio.
- Nº de lote/nº de remesa:

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Año de producción		Número correspondiente							

Inspección visual/Comprobación del producto:
Asegúrese de que los materiales, las costuras, las puntadas, las asas y las hebillas estén intactos/ perfectos.

Test de estabilidad:
Intente doblar el producto y compruebe que parezca firme, estable y sólido.

Carga o esfuerzo mecánicos/Comprobación de las asas:
Tire con fuerza de las asas en direcciones opuestas y verifique el material, las costuras y las puntadas.
Comprobación de las hebillas:
Fije las hebillas y tire de ellas en direcciones opuestas, verifique la hebilla y las puntadas.

Comprobación de la fricción baja/alta:
Coloque el producto sobre una superficie firme o una cama, ponga las manos sobre el material y compruebe la fricción deslizando las manos sobre el producto en sentido ascendente y descendente.
Fricción baja: se deslizan sin esfuerzo.
Fricción alta: no se deslizan/mueven.

Compruebe siempre:

Dispositivos de ayuda de traslado manual con asas, correas y hebillas:

Dispositivos de ayuda de traslado manual para el traslado sentado y tumbado:

Dispositivos de ayuda con una fricción alta o baja:

El producto se puede desechar de conformidad con la normativa nacional.

Lea el manual de usuario.

En caso de duda, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Etac o su distribuidor local para más información y consejos.
Para más información sobre formación y el uso de estos productos, póngase en contacto con los especialistas en traslados de Etac (www.etac.com).

CE Clase 1 - Directiva del Consejo Europeo MDD 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos

Fabricación:
Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens, Denmark
etac.immedia@etac.com

Exportación:
Etac Immedia A/S
Egeskovvej 12
DK-8700 Horsens
etac.immedia@etac.com
www.etac.com/exp

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp, S
Tel +46 371-58 73 00
Fax +46 371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

Etac AS
Pb 249, 1501 Moss, N
Tel +47 815 69 469
Fax +47 69 27 09 11
hovedkontor@etac.no www.etac.no

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, DK
Tel +45 79 68 58 33
Fax +45 75 68 58 40
info@etac.dk www.etac.dk

Etac GMBH
Bahnhofstraße 131, 45770 Marl, D
Tel +49 236 598 710
Fax +49 236 598 6115
info@etac.de www.etac.de

Etac Holland BV
Fluorietweg 16a, 1812RR Alkmaar, NL
Tel +31 72 547 04 39
Fax +31 72 547 13 05
info.holland@etac.com www.etac.com

R82 UK Ltd.
Unit D4A, Coombswood Business Park, East Coombswood Way,
Halesowen,West Midlands B62 8BH, UK
Tel 0121 561 2222
Fax 0121 559 5437
R82uk@r82.com www.r82.co.uk

Snug Seat Inc.
12801 E. Independence Blvd., P.O. Box 1739, Matthews, NC 28106, US
Tel 1 800 336 7684
Fax 704 882 0751
information@snugseat.com www.snugseat.com

etac®

Creating possibilities